中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能 )(⒛ 14)24号
关于 CNAs MO061能力验证计划结果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织,中国计量科学
研究院负责实施的
“
CN鹏 M0061验光镜片顶焦度校准
”
能力验证计
划已完成。现将本次计划的最终报告、结果通知单及结果处理的通
知发送你处 ,请各有关实验室遵照执行。
本次计划要求实验室校准验光镜片的顶焦度。共 43个实验室报
名参加了本次计划,每个实验室被赋予一个代码。代码为 06的实验
室的结果中出现了不满意结果。
根据 CN灬能力验证的政策和本次计划结果,CN鹏作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认可,
要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CN灬的认可标识,
开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 18O天内完成,并将整改
结果于 ⒛14年 9月 20日前通报 CNAS认可五处 ,对逾期未通报整
改结果的实验室,CN鹏将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其
相应能力认可资格。通报的内容主要包括 :实验室自行暂停使用认
可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信`急。实验室要保存上述记录以各评审组检查。
3、对出现不满意结果的项目为非认可项目的实验室,CN灬建议
其自行开展纠正措施。如不满意结果的项目拟申请 CN灬认可,需留
存相应纠正措施和验证活动的记录,以便申请实验室认可时使用。
牛丰此Ι黾矢口。
中国合格评定国家
能力验证业务专用莺
年 3月 20日
抄送:中国计量科学研究院