中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能)(2016)39号
关于 CNAs MO0%能力验证计划结果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织,中国计量科学
斫究院负责实施的
“
CNAS MO076光照度计示值校准
”
能力验证计划
已完成。现将本次计划的结果处理通知发送你处 ,请各有关实验室
遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并发
i兰 ∫尔处(D
本次计划要求实验室校准光照度计的照度示值。共 47个实验室
报名参加了本次计划,每个实验室被赋予一个代码。代码为 02、 03、
06、 O8、 27、 28、 31、 32、 33、 38、 40、 41、 42、 43禾口44白勺多洱孕金
室的结果中出现了不满意结果。
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果,CNAS作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认可,
要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的认可标识,
开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 18O天内完成,并将整改
结果于 2017年 5月 07日前通报 CNAS认可五处,对逾期未通报整
改结果的实验室,CNAS将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其
相应能力认可资格。通报的内容主要包括:实验室自行暂停使用认
可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以各评审组检查。
∫恃此通知。
中国合格评定国
2016ζ年L11 j日 07 日
能力验证业务专用蓖
抄送 :中国计量科学研究院