中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能)(⒛16)⒛ 号
关于 CNAs MOOss能力验证计划结果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织,中国测试技术
研究院负责实施的
“
CNAS M0083压电加速度计校准
”
能力验证计划
已完成。现将本次计划的结果处理通知发送你处,请各有关实验室
遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并发
送你处。
本次计划要求实验室校准压电加速度计的灵敏度频率响应和幅
值线性度。共 56个实验室报名参加了本次计划,每个实验室被赋予
一个代码。代码为 B6、 B12、 C10、 D7、 D8和 D12的实验室的结果
中出现了不满意结果。
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果,CNAS作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认可,
要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的认可标识,
开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180天内完成,并将整改
结果于 2017年 6月 23日前通报 CNAS认可五处,对逾期未通报整
改结果的实验室,CNAS将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其
相应能力认可资格。通报的内容主要包括 :实验室自行暂停使用认
可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以各评审组检查。
牛革此逝邑矢口。
中国合格评定国家认可
爹砂:F篷髀赢浦
抄送 :中国测试技术研究院