中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能)(2017)13号
关于 CNAs MO081能力验证计划结果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织,中国计量科学
研究院负责实施的
“
CNAS M0081验光镜片顶焦度校准
”
能力验证计
划已完成。现将本次计划的结果处理通知发送你处 ,请各有关实验
室遵照执行。本次计划的最终报告、结果通知单委托实施机构一并
发送你处。
本次计划要求实验室校准验光镜片的顶焦度。共 58个实验室报
名参加了本次计划,其中 1个实验室因故退出,· 每个实验室被赋予
一个代码。代码为 02、 05、 16、 27、 35、 43、 48、 49和 55的实验
室的结果中出现了不满意结果。
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果,CNAS作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认可,
要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的认可标识,
开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180天内完成,并将整改
结果于 2017年 11月 27日前通报 CNAS认可五处 :只寸逾期未通报整
改结果的实验室,CNAS将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其
相应能力认可资格。通报的内容主要包括:实验室自行暂停使用认
可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

1可标识的时:间等概要信息1实验室要保存上述记录以各评审组检查。
特此通知。
中国合格评定国家骀愀冒 V冢摄
2017ˉ年15月 27 日