中国合格评定国家认可委员会秘书处
认可委秘 (能)(2018)9号
关于 CNAs MO0”能力验证计划结果处理的通知
各有关实验室:
由中国合格评定国家认可委员会 (CNAS)组织,中国航空工业
集团公司北京长城计量测试技术研究所负责实施的
“
CNAS M0079光
滑极限量规 (塞规)校准
”
能力验证计划已完成。现将本次计划的
结果处理通知发送你处,请各有关实验室遵照执行。本次计划的最
终报告、结果通知单委托实施机构一并发送你处。
本次计划要求实验室校准塞规的直径。共 92个实验室报名参加
了本次计划,每个实验室被赋予一个代码。代码为 AO1、 AO6、 A15、
A16、 B07、 B08、 B14、 C03、 C09、 D01、 D05、 D10、 D18(E03、 E07
和 E13的实验室的结果中出现了不满意结果。
根据 CNAS能力验证的政策和本次计划结果,CNAS作出如下决定:
1、对结果满意的实验室,希望继续保持并进一步提高校准水平。
2、对结果不满意的实验室,如不满意结果的项目已获 CNAS认可,
要求实验室相应项目的证书或报告自行暂停使用 CNAS的认可标识,
开展整改活动。纠正措施和验证活动应在 180天内完成,并将整改
结果于 ⒛18年 10月 18日前通报 CNAS认可五处,对逾期未通报整
改结果的实验室,CNAS将视其为未按期开展纠正措施,从而撤销其
相应能力认可资格。通报的内容主要包括:实验室自行暂停使用认
可标识的时间,采取纠正措施及其有效性的验证方式、恢复使用认

可标识的时间等概要信息。实验室要保存上述记录以各评审组检查。
特此通知。
中国合格评定国家认可
懋垂r 砂亠'戏贾缘公≤
能力验证业务专用章
抄送 :中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所